



ประกาศจังหวัดน่าน
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จังหวัดน่าน มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองลี ตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ตามรายการ ดังนี้.-

๑. รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน

ราคากลางของการจัดซื้อครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่จังหวัดน่าน ณ วันประกาศสอบราคา

๕. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๖. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๗. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๕ ธ.ค. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๖ ธ.ค. ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานพัสดุ) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานพัสดุ) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ในวันที่ ๑๕ ธ.ค. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๖ ธ.ค. ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nno.moph.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๕๔๗๑ ๐๑๙๐ ต่อ ๑๑๘ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายนิพนธ์ พัฒนกิจเรือง)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ส. ๐๔/๒๕๖๐
การซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ประกาศจังหวัดน่าน ลงวันที่.....๑๕ ธ.ค. ๒๕๕๙

จังหวัดน่าน ซึ่งต่อไปเรียกว่า "จังหวัด" มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อใช้ในราชการของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองลี ตำบลเมืองลี อำเภอ นาน้อย จังหวัดน่าน ตามรายการ ดังนี้.-

๑. รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบะบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน

ซึ่งพัสดุที่จะซื้อจะต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำ และข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา

- ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคา
- ๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
 - (๑) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ บทนิยาม
 - (๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
- ๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
- ๑.๗ แบบหนังสือมอบอำนาจ
- ๑.๘ รายละเอียดราคากลางที่จัดซื้อครั้งนี้

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
- ๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือ ไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
- ๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕
- ๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้ นอกซองใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน ดังนี้

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีโชตินิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มีเชื้อสายชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)

(๔) สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน ข้อ ๑.๖ (๑)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสาร ดังต่อไปนี้

(๑) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขีดลบหรือแก้ไข หากมีการขีดลบ ตกเติมแก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

๓./๔.๒ ผู้เสนอ...

๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา โดยภายในกำหนดยื่นราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบะบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๒ ชุด ไปพร้อม ใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ จังหวัดจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้เสนอราคาจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาตรวจสอบภายใน ๓ วัน

๔.๕ ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจสอบร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา

๔.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่เป็นฉบับของเรียบร้อย จำนวนของถึงประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า "ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ส. ๐๔/๒๕๖๐....." ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ ๑๕ มิ.ย. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๖ มิ.ย. ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานพัสดุ) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้ว จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา

หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่า มีผู้เสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอ

๔./ราคาดังกล่าว...

ราคาดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมีได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำความดังกล่าว

ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่ทำกรทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อจังหวัดภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ในวันที่ ๒๗ ปี.ศ. ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐น. เป็นต้นไป

การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคห้า ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา เว้นแต่จังหวัดพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง และในกรณีที่จังหวัดพิจารณาเห็นด้วยกับคำคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้จังหวัดมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ จังหวัดจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม

๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดพลาดเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อจังหวัดเท่านั้น

๕.๓ จังหวัดสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคา ของจังหวัด

(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เต็ม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามีได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้

๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือจังหวัดมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ จังหวัดมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๕ จังหวัดทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจยกเลิกการสอบราคา โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้แต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจของจังหวัดเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้รวมทั้ง จังหวัดจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำการโดยไม่สุจริต เช่น มีการเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๖ เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่ทำกรทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ จังหวัดมีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ ตามข้อ ๔.๖ และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทำงาน

ในกรณีนี้หากจังหวัดพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งจังหวัดมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้

๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ ของทางราชการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ จังหวัดจะพิจารณาทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญา ตามแบบสัญญาตามดงระบุในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการของทางราชการ หรือจังหวัดเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับจังหวัดภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาส่งของที่สอบราคาได้ ให้จังหวัดยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๑. เงินสด

๒. เช็ควoucherการสั่งจ่ายให้แก่จังหวัดนาน โดยเป็นเช็คลงวันที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วัน ทำการของทางราชการ

๓. หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุใน ข้อ ๑.๔ (๑)

๔. หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุมัติให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑)

๕. พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผู้ขาย) พันจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

๗. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒ ต่อวัน

๘. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการสอบราคา ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือ ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดั่งระบุ ในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายใน ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๙. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่น ๆ

๙.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ได้รับอนุมัติจากงบลงทุนตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ลงนามในสัญญาจะกระทำต่อเมื่อจังหวัดได้รับการโอนเงินงบลงทุนตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแล้วเท่านั้น “จังหวัดสามารถยกเลิกการจัดหาดังกล่าวได้หากไม่ได้รับการโอนเงิน โดยผู้เสนอราคาไม่อาจจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้ซื้อได้ทั้งสิ้น”

๙.๒ ราคาากลางในการจัดซื้อครั้งนี้ เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

๙.๓ เมื่อจังหวัด ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อสิ่งของตามสอบราคาซื้อแล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ ดังนี้-

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายส่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

๙.๔ ผู้เสนอราคาซึ่งจังหวัดได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดตั้งระบุไว้ในข้อ ๖ จังหวัดอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๙.๕ จังหวัดสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐. เอกสารแนบท้ายประกาศถือเป็นส่วนหนึ่งของประกาศสอบราคาฉบับนี้



(นายฉลองชัย สกลวสันต์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบะไม่เกิน 2,400 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน 110 กิโลวัตต์
ต่อเติมหลังคาแบบทรงสูงพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตพื้นฐาน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

1. ความต้องการ รถพยาบาลสำหรับให้บริการรับส่งต่อผู้ป่วยโดยมีอุปกรณ์จำเป็นสำหรับการดูแลผู้ป่วยระหว่างการส่งต่อ
2. วัตถุประสงค์ในการใช้งานสำหรับส่งต่อผู้ป่วยและเพื่อไปให้บริการผู้ป่วย ณ ที่เกิดเหตุ
3. คุณลักษณะทั่วไป
 - 3.1 เป็นรถยนต์กระบะบรรทุกขนาด 1 คันพร้อมหลังคาแบบทรงสูงใช้เครื่องยนต์ดีเซล
 - 3.2 สามารถบรรทุกผู้ป่วยญาติแพทย์หรือเจ้าหน้าที่พยาบาลในคราวเดียวกันได้ไม่น้อยกว่า 4 คน
 - 3.3 ช่วงหน้าเป็นห้องคนขับ
 - 3.3.1 มีประตูเปิด-ปิดได้ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาประตูมีกุญแจล็อกได้
 - 3.3.2 มีบังแสงแดดเข้าตากระจกด้านหน้าซ้าย ขวา ข้างละ 1 อัน
 - 3.3.3 มีกระจกแบบบานเลื่อนสองบานสามารถเลื่อนเปิด - ปิดติดต่อกันด้านหลัง
 - 3.4 ช่วงหลังที่เป็นส่วนของห้องบรรทุกผู้ป่วย
 - 3.4.1 ครอบทับด้วยหลังคาทำด้วยวัสดุ ABS2 ชั้นด้านนอกและด้านในหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.ชั้นกลางบุเข้ากับโพลีไทรีนโฟมหนาไม่น้อยกว่า 25 มม.แบบทรงสูงพร้อมมีกระจกแบบบานเลื่อนและมีกุญแจล็อกเปิด-ปิดด้านท้ายได้ ความสูงของโครงหลังคาสูงจากขอบกระบะไม่น้อยกว่า 90 ซม.
 - 3.4.2 ปูพื้นด้วยไม้อัดซีเมนต์ไฟเบอร์แผ่นเรียบหนาไม่น้อยกว่า 6 มิลลิเมตรและปูทับด้วยผ้ายางแผ่นเรียบ
 - 3.4.3 ด้านท้ายเป็นประตูกระบะท้ายแบบเปิดออกด้านข้าง ซ้าย-ขวา 2 บานแผ่นประตูทำด้วยวัสดุ ABS หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม.เปิดออกด้านข้าง สำหรับยกเตียงผู้ป่วยเข้าออกจากรถได้ไม่มีฝาท้ายกระบะ
 - 3.5 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศในห้องคนขับและห้องบรรทุกเป็นคอยล์เย็นห้องละ 1 ชุดพร้อมสวิทช์และโซลินอยด์สำหรับแยกแอร์ด้านหน้าห้องคนขับและห้องบรรทุกสำหรับห้องบรรทุกติดตั้งตู้จ่ายความเย็นแบบแวนเหนือส่วนกระจกบานเลื่อนพ่นลมเย็นมาด้านท้ายและใช้สารทำความเย็นชนิด R134a หรือคุณภาพดีกว่า

.....กรรมการ
(นายศักดิ์พงษ์ ไชยชนะ)

.....ประธานกรรมการ
(นายชุมพล สุทธิ)

.....กรรมการ
(นายณัฏ ทองเปี้ย)

- 3.6 มีปลั๊กแบบที่จุดบุหรี่สำหรับเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างน้อย 1 จุดหรือดีกว่า
- 3.7 มีไฟแสงสว่างในห้องคนขับขนาด 10 วัตต์จำนวน 1 ชุด(มาตรฐานของตัวรถยนต์) และห้องพยาบาลมีหลอดไฟLED ทรงยาวจำนวน 2 ชุดเป็นผลิตภัณฑ์จากไทย ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา หรือ ยุโรป
- 3.8 ติดตั้งชุดไฟฉุกเฉินและไฟส่องสว่างภายนอกตัวรถดังต่อไปนี้.-
- 3.8.1 บนหัวเก๋งติดตั้งโคมไฟฉุกเฉินสีน้ำเงิน-แดง แบบแถวยาวไม่ด้านลมยาวไม่น้อยกว่า 47 นิ้ว ประกอบด้วยโคมไฟกระพริบแบบใช้หลอดLEDมีไม่น้อยกว่า 10ชุด(Module) โดยที่ด้านหน้าใช้หลอด LED ชุดละ 3 ดวงชุดที่มุมทั้งสี่ด้านใช้หลอด LED ชุดละไม่น้อยกว่า 6 ดวง ด้านหน้าของหลอด LED มีเลนส์พลาสติกใสช่วยกระจายแสง สัญญาณไฟที่เสนอต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน CE และ SAE J845 โดยแนบเอกสารรายงานผลการทดสอบมาพร้อมในวัน เสนอราคา
- 3.8.2 บนหลังคาส่วนท้ายติดตั้ง โคมไฟแบบดวงเดี่ยว ชนิด LED จำนวน 2 ดวง
- 3.9 มีชุดไซเรนพร้อมไมโครโฟนสามารถขยายเสียงสัญญาณรถพยาบาลได้ไม่น้อยกว่า100 วัตต์ พร้อมลำโพงติดตั้งภายในห้องเครื่องยนต์ที่เหมาะสมชุดไซเรนมีคุณลักษณะดังนี้.-
- มีปุ่มหมุน เพิ่ม-ลดเสียงไมโครโฟน ในปุ่มเดียวกัน
 - มีไมโครโฟน มีสวิทช์สำหรับควบคุมการพูด (Push to Talk) สายไมโครโฟนเป็นแบบ Coiled Tubing เมื่อกดพูดจะตัดเสียงไซเรนอัตโนมัติ พร้อมทั้งยึดไมโครโฟน
 - เลือกปรับเสียงไซเรน ให้ความแตกต่างของเสียงได้ไม่น้อยกว่า 3เสียง
 - เป็นผลิตภัณฑ์จากไทย ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกาหรือยุโรป
- 3.10 ติดฟิล์มกรองแสงขนาด 80 % ในห้องพยาบาลและขนาด 40 % ในห้องคนขับ โดยที่กระจกบังลมหน้าติดฟิล์มกรองแสงขนาด 80% เป็นแถบคาดขนาด 15 ซม. จากขอบกระจกบน
- 3.11 ติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์ด้านข้างตู้พยาบาลซ้าย-ขวา ด้านละ 2 ดวง ชนิด LED ขนาดหลอดไม่น้อยกว่า 3 วัตต์หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 9 หลอดใน 1 ดวง
- 3.12 เดินระบบออกซิเจน แบบ Pipe Line จากท่อออกซิเจนทั้งสองมารวมกันที่ผนังแล้วออกจุดจ่ายให้ผู้ป่วย จำนวน 1 จุด ที่ติดตั้งชุดให้ความชื้นและชุดควบคุมปริมาณออกซิเจนอย่างมั่นคงแข็งแรง

.....ประธานกรรมการ
(นายชุมพล สุทธิ)

.....กรรมการ
(นายศักดิ์พงษ์ ไชยชนะ)

.....กรรมการ
(นายถนัด ทองเบี้ย)

3.13 วิทยุคมนาคม VHF / FM ขนาด 25 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์

3.14 มีชุดแปลงไฟฟ้าจากไฟฟ้ากระแสตรง 12 V. เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ 220 V. ขนาดใช้งานได้ 1,000 วัตต์ พร้อมปลั๊กเสียบไฟฟ้า 220 V. จำนวน 2 จุด พร้อมปลั๊กไฟฟ้าแบบที่จุดบุหรี่ 12 V.

4. คุณลักษณะของครุภัณฑ์การแพทย์ในห้องพยาบาล

4.1 ห้องพยาบาลมีตู้ใส่อุปกรณ์และเวชภัณฑ์

4.2 ชุดเตียงรูดขึ้นพยาบาล (โครงสร้างผลิตจากโลหะปลอดสนิมแบบพับได้)

4.2.1 ตัวเตียงและโครงทำจากโลหะปลอดสนิม มีความแข็งแรงทนทาน

4.2.2 แผ่นรองตัวผู้ป่วยทำจากโลหะปลอดสนิมอย่างดี

4.2.3 พนักพิงหลังสามารถปรับระดับได้ ไม่น้อยกว่า 70 องศา โดยมีใช้ค้ำช่วยรับน้ำหนักผู้ป่วย

4.2.4 การปรับเปลี่ยนจากเตียงนอนเป็นเก้าอี้ยืน สามารถทำได้สะดวกโดยเจ้าหน้าที่เพียงคนเดียว

4.2.5 มีเบาะรองนอน พร้อมสายรัดผู้ป่วย 2 เส้น

4.2.6 เตียงออกแบบให้ง่ายต่อการทำความสะอาด

4.2.7 เตียงชนิดนี้ใช้ในโรงพยาบาล รถพยาบาลฉุกเฉิน ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและผู้ได้รับบาดเจ็บ

4.2.8 บริเวณหัวเตียงสามารถปรับเอียงมุมมองได้

4.2.9 รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 160 กิโลกรัม

4.2.10 เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศสหรัฐอเมริกา หรือยุโรปหรือไทย

4.2.11 ผู้เสนอราคาต้องแนบใบรับรองว่า จะจัดหาอะไหล่ได้ไม่น้อยกว่า 5 ปี ในวันยื่นเอกสาร

4.3 ฐานรองเตียง

4.3.1 โครงสร้างทำจากเหล็กขึ้นรูป พื้นด้านบนหุ้มด้วยสแตนเลสเพื่อความแข็งแรง และเป็นตัวกันกระแทกจากการเข็นรถพยาบาลขึ้น หรือ ลง มีระบบล้อคเตียงอัตโนมัติเวลาเข็นขึ้น

4.3.2 สามารถเก็บ Spine Board หรือ Scoop Stretcher ไว้ด้านใต้ได้

4.4 ถังออกซิเจน ขนาด 20 ลิตร พร้อมขาจับ แบบวางแนวตั้ง

4.4.1 ถังออกซิเจนเป็นถังเหล็กหรืออลูมิเนียม ที่ผลิตจากเหล็กเนื้อดี ทนแรงดันสูง ขนาดสูง ขนาด 20 ลิตร

.....ประธานกรรมการ

(นายชุมพล สุทธิ)

.....กรรมการ

(นายศักดิ์พงษ์ ไชยชนะ)

.....กรรมการ

(นายถนัด ทองเบี้ย)

4.5 ชุดปรับแรงดันออกซิเจน(ใช้กับถังออกซิเจนขนาด 20L)พร้อมกระเปาะวัดความชื้น และปลั๊กเสียบ

ชุดออกซิเจนแบบติดผนัง

4.5.1 ถังออกซิเจนเป็นถังเหล็ก ที่ผลิตจากเหล็กเนื้อดีทนแรงดันสูง ตั้งแต่ขนาด 20 ลิตร

4.5.2 ชุดปรับแรงดันออกซิเจนขนาด 20L

4.5.2.1 Regulatorแบบ 1 เกจวัด เกจ (Gauge) วัดแรงดันภายในถังออกซิเจน

4.5.2.2 Flow meter

4.5.2.3 Humidifier

4.5.2.4 Masal Cannula with mask(ชุดครอบจมูก)

-ปลั๊กเสียบชุดออกซิเจนแบบติดผนังติดด้านท้ายต่อเข้ากับสายออกซิเจนทางด้านหลัง
และด้านหน้าต่อเข้ากับ Diameter 1 ตัว

4.6 ถังออกซิเจน ขนาด 4 ลิตร พร้อมรถเข็นสำหรับเข็นถังออกซิเจนขนาด 4 ลิตร

4.6.1 ถังออกซิเจนเป็นถังเหล็ก ที่ผลิตจากเหล็กเนื้อดี ทนแรงดันสูงขนาด 4 ลิตรพร้อมขาจับ

4.6.2 พร้อมรถเข็นถังออกซิเจนทำจากสแตนเลส

4.7 ชุดปรับแรงดันออกซิเจน (ใช้กับถังออกซิเจนขนาด 4L)

ชุดปรับแรงดันออกซิเจน สำหรับถัง Oxygen cylinder 4 litre

4.7.1 Regulatorแบบ 1 เกจวัด เกจ (Gauge) วัดแรงดันภายในถังออกซิเจน

4.7.2 Flow meter

4.7.3 Humidifier

4.7.4 Masal Cannula with mask(ชุดครอบจมูก)

.....ประธานกรรมการ

(นายชุมพล สุทธิ)

.....กรรมการ

(นายศักดิ์พงษ์ ไชยชนะ)

.....กรรมการ

(นายณัฏฐ์ ทองเปี้ย)

4.8 ชุดเครื่องวัดความดันโลหิตแบบแขนผนัง

- 4.8.1 เป็นแบบ Wall Aneroid ติดตั้งยึดกับผนังห้องพยาบาล
- 4.8.2 สามารถวัดความดันโลหิตได้จาก 0-300 มิลลิเมตรปรอทโดยขีดแสดงตัวเลข 80- 160 มีสีแตกต่างเด่นชัดจากตัวเลขอื่น
- 4.8.3 มีผ้าพันแขนสำหรับผู้ใหญ่เป็นชนิดปะติด (Velcro Fastener)
- 4.8.4 สายยางต่อจากผ้าพันแขนเป็นแบบ Coiled Tubing ต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 8 ฟุต
- 4.8.5 ลูกยางสำหรับอัดลมผ้าพันแขนพร้อมลิ้นปิด-เปิด สะดวกต่อการควบคุม
- 4.8.6 ขายึดเครื่องวัดความดันกับตัวรถผลิตจากวัสดุอะลูมิเนียม แข็งแรงผ่านการรับรองมาตรฐานการทดสอบการชนด้วยแรงไม่น้อยกว่า 10G ตามมาตรฐาน EN1865 และ EN 1789 พร้อมแนบเอกสารหลักฐานในวันเสนอราคาด้วย
- 4.8.7 เป็นผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรือสหรัฐอเมริกาซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐาน (มอก.) ISO 13485 และ ISO9001 โดยแนบหลักฐานมาพร้อมใบเสนอราคา

4.9 ชุดกระดานแจ้งรอนอนพร้อมเข็มขัด

- 4.9.1 ผลิตจากPolythyleneทนแรงกระแทก และสามารถกันน้ำได้ มีความกระชับเมื่อรัดเข็มขัด Saft Belt และสามารถ X-RAY/CT
- 4.9.2 เปลชนิดนี้มาพร้อมกับ Safty Belt มีความกระชับเมื่อรัดเข็มขัด Safty Belt และสามารถ X-ray/CT ผ่านได้
- 4.9.3 สามารถใช้ร่วมกับชุดตามคอได้
- 4.9.4 เหมาะสำหรับใช้งานในโรงพยาบาล สนามกีฬา รถพยาบาล การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนอกสถานที่และผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
- 4.9.5 มีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 183cm มีความกว้างสูงสุดไม่เกินกว่า 41 cm มีความหนาพร้อมฐานไม่เกิน 7 cm
- 4.9.6 มีน้ำหนักไม่เกิน 8 กิโลกรัม
- 4.9.7 รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 160 กก.
- 4.9.8 เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศสหรัฐอเมริกา หรือยุโรป
- 4.9.9 ผู้เสนอราคาต้องแนบใบรับรองว่า จะจัดหาอะไหล่ได้ไม่น้อยกว่า 5 ปี ในวันยื่นเอกสาร

.....ประธานกรรมการ
(นายชุมพล สุทธิ)

.....กรรมการ
(นายศักดิ์พงษ์ ไชยชนะ)

.....กรรมการ
(นายถนัด ทองเบ็ญ)

4.10 ชุดล็อกศรีษะพร้อมเข็มขัด

- 4.10.1 ผลิตจากยางหล่อ มีช่องขนาดใหญ่อยู่บริเวณระนาบเดียวกับช่องหูเพื่อสังเกตอาการผู้ป่วย
- 4.10.2 สามารถใช้ร่วมกับ Spine Board ได้
- 4.10.3 อุปกรณ์ชนิดนี้ไม่รบกวน X-RAY/CT
- 4.10.4 ยางหล่อที่ใช้หุ้มสามารถกันน้ำได้ ทำให้ง่ายต่อการทำความสะอาดและยังป้องกันเชื้อแบคทีเรียอีกด้วย

4.11 เปลือกตามคอ

- 4.11.1 ได้รับการออกแบบให้เหมาะสมกับผู้ป่วยทุกประเภท
- 4.11.2 ขนาดของผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ได้รับการออกแบบให้ใช้ได้สำหรับผู้ป่วยทุกเพศทุกวัย
- 4.11.3 สามารถปรับให้เหมาะสมกับผู้ป่วยได้
- 4.11.4 สามารถทำความสะอาดได้ ป้องกันเชื้อแบคทีเรีย

4.12 เปลดักแบบสอดด้านข้าง (โครงสร้างผลิตจากอลูมิเนียมอัลลอยด์)

- 4.12.1 เปลชนิดนี้เป็นแบบ Separated type (สามารถแยกออกจากกันได้) ใช้สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหนักที่มีอาการด้านกระดูกสันหลัง
- 4.12.2 ด้านปลายทั้งสองด้าน มีบานพับสามารถยึดเปลทั้ง 2 ข้างเข้าด้วยกัน หรือเมื่อต้องการแยกเปลก็สามารถถอดแยกได้
- 4.12.3 เปลชนิดนี้สามารถลดการบาดเจ็บ ที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่กระทบกระเทือนด้านกระดูกสันหลัง
- 4.12.4 สามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้อย่างง่ายและรวดเร็วโดยการแยกเปลออกจากกันและซ้อนหลังของผู้ป่วย โดยผู้ป่วยไม่ต้องขยับตัว
- 4.12.5 ส่วนบนของเปล ถูกออกแบบให้รับกับต้นคอ
- 4.12.6 ความยาวของเปล สามารถปรับให้เหมาะสมกับร่างกายของผู้ป่วยได้
- 4.12.7 ผลิตจากอลูมิเนียมที่มีความแข็งแรงสูง ได้รับการออกแบบให้มีน้ำหนักเบาต่อการเคลื่อนย้ายใช้งานได้อย่างปลอดภัยทำความสะอาดง่าย
- 4.12.8 เหมาะสำหรับใช้งานในโรงพยาบาล สนามกีฬา รถพยาบาล การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนอกสถานที่และผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
- 4.12.9 รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 160 กิโลกรัม

.....ประธานกรรมการ

(นายชุมพล สุทธิ)

.....กรรมการ

(นายศักดิ์พงษ์ ไชยชนะ)

.....กรรมการ

(นายณัฏ ทองเบ็ญ)

4.13 แก้อีเซ็นมีล้อ – พับได้

- 4.13.1 เป็นแก้อีโครงสร้างสเตนเลส, เหล็กชุบสีหรืออลูมิเนียม แบบมีพนักพิง สามารถพับเก็บได้ เมื่อไม่ได้ใช้งานส่วนที่รองรับผู้ป่วยเป็นผ้าใบอย่างดี สามารถล้างทำความสะอาดได้
- 4.13.2 แก้อีพยาบาลชนิดนี้ ส่วนใหญ่ใช้ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและผู้ได้รับบาดเจ็บที่ไม่สามารถนอนได้
- 4.13.3 แก้อีชนิดนี้สามารถพับได้
- 4.13.4 ด้านหลังของแก้อีชนิดนี้มีที่จับ 2 ด้าน (สามารถพับได้)
- 4.13.5 บริเวณใต้แก้อีด้านหน้ามีคั่นโยก ที่สามารถโยกขึ้น – ลง ได้
- 4.13.6 มี Safty Belt 2 เส้น เพื่อป้องกันผู้ป่วยในขณะเคลื่อนย้าย
- 4.13.7 ใช้งานได้อย่างปลอดภัย ง่ายต่อการฆ่าเชื้อโรคและทำความสะอาด

4.14 เครื่องดูดเสมหะแบบไฟฟ้า ใช้กับไฟฟ้า 12 VDC และ 220 VAC มีแบตเตอรี่ในตัว

- 4.14.1 ใช้ได้กับไฟฟ้ากระแสตรง 12 โวลต์ และกระแสสลับ 220 โวลต์ และมีแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ภายในตัวเครื่องน้ำหนักเบาสามารถออกสนามได้
- 4.14.2 มีอุปกรณ์ควบคุม ปรับแรงดูด พร้อมมาตรวัดแสดงแรงดูด
- 4.14.3 สามารถปรับแรงดูดสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 500 มิลลิบาร์ และอัตราการไหลของอากาศไม่น้อยกว่า 20 ลิตรต่อนาที
- 4.14.4 ภาชนะบรรจุของเหลวมีขนาดปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 800 มิลลิลิตร จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใบ
- 4.14.5 มีสายดูด (Suction Tubing) ยาวไม่น้อยกว่า 1 เมตร
- 4.14.6 แบตเตอรี่ภายในตัวเครื่องเป็นแบบที่สามารถทำการชาร์จไฟได้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้ไฟหมด
- 4.14.7 เป็นผลิตภัณฑ์ประเทศในทวีปอเมริกา หรือประเทศในทวีปยุโรป หรือประเทศญี่ปุ่น ที่ได้รับมาตรฐาน โดยระบุในแคตตาล็อกให้ผู้เสนอราคาแนบใบรับรองมาในวันยื่นเอกสาร
- 4.14.8 ผู้เสนอราคาต้องแนบใบรับรองว่าจะจัดหาอะไหล่ได้ไม่น้อยกว่า 5 ปี ในวันยื่นเอกสาร

.....ประธานกรรมการ
(นายชุมพล สุทธิ)

.....กรรมการ
(นายศักดิ์พงษ์ ไชยชนะ)

.....กรรมการ
(นายถนัด ทองเปี้ย)

4.15 ชุดแปลผ้าใบเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บชนิดพับได้ 4 ท่อน

- 4.15.1 แปลชนิดนี้ผลิตจาก อลูมิเนียมอัลลอยด์ ที่มีความแข็งแรงสูง ผ้าแปลทำจากผ้าใบ ถูออกแบบให้มีขนาดเล็ก และน้ำหนักเบาต่อการเคลื่อนย้าย ใช้งานได้อย่างปลอดภัย รวมทั้งง่ายต่อการทำความสะอาด ซ่อมแซมได้ง่าย
- 4.15.2 แปลชนิดนี้มีด้ามจับ สามารถยกผู้ป่วยในที่เตียงแบบรถเข็นเข้าไม่ถึงเหมาะสำหรับการเคลื่อนย้าย ผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บนอกสถานที่ และสามารถพับได้เพื่อเก็บลงกระเป๋านขนาดเล็ก
- 4.15.3 รับน้ำหนักได้ไม่เกิน 160 กก.
- 4.15.4 เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศสหรัฐอเมริกา หรือยุโรป

4.16 ชุดปฐมพยาบาล 18 รายการ

- 4.16.1 ถังออกซิเจน 2 ลิตร พร้อมอุปกรณ์
- 4.16.2 เครื่องช่วยหายใจแบบมือบีบ
- 4.16.3 หูฟัง
- 4.16.4 เครื่องวัดความดันโลหิตแบบ Digital
- 4.16.5 เครื่องดูดเสมหะแบบมือบีบ
- 4.16.6 สายดูดเสมหะ Size 6"8"12"14"
- 4.16.7 หน้ากากสำหรับทำ CPR
- 4.16.8 ไฟฉาย
- 4.16.9 ที่กดลิ้น พลาสติก หรือสแตนเลส
- 4.16.10 กรรไกร 13"cm,14"cm
- 4.16.11 กรรไกรจับลิ้น
- 4.16.12 ที่เปิดปาก
- 4.16.13 เทปแต่งแผล
- 4.16.14 ผ้าก๊อตในช่องสุญญากาศ Size3"x3"
- 4.16.15 เบตาดีน

.....ประธานกรรมการ
(นายชุมพล สุทธิ)

.....กรรมการ
(นายศักดิ์พงษ์ ไชยชนะ)

.....กรรมการ
(นายถนัด ทองเบี้ย)

- 4.16.16 ถุงมืออนามัย
- 4.16.17 ผ้าพันแผลยืดหยุ่น 6"
- 4.16.18 พลาสเตอร์ยา(บรรจุ 100 ชิ้น)
- 4.17 ชุดช่วยหายใจชนิดใช้มือบีบสำหรับเด็ก 1 ชุด และผู้ใหญ่ 1 ชุด ประกอบด้วย
- 4.17.1 ถุงลมสำหรับบีบอากาศช่วยหายใจผลิตจากยางซิลิโคน จำนวน 1 ชิ้น
- 4.17.2 ท่อหรือถุงสำรองออกซิเจน จำนวน 1 ชิ้น (Reservoir Bag)
- 4.17.3 หน้ากากครอบปากและจมูก ผลิตจากยางซิลิโคน แบบโปร่งใส จำนวน 3 ขนาด
ขนาดละ 1 อัน
- 4.17.4 ท่อยางป้องกันคนไข้กัดลิ้นจำนวน 5 อัน (Air way)
- 4.17.5 มีกระเป๋ารับบรรจุอุปกรณ์การใช้งานทั้งหมด
- 4.17.6 เป็นผลิตภัณฑ์จากไทย ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกาหรือยุโรป
- 4.18 ชุดเผือกลมสูญญากาศพร้อมกระบอกสูบ จำนวน 1 ชุดเป็นผลิตภัณฑ์จากไทย ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา
หรือยุโรป
- 4.19 มีที่แขวนน้ำเกลือสำหรับผู้ป่วยแบบพับเก็บได้เมื่อไม่ใช้งานโดยสามารถแขวนได้คราวเดียวกันได้ 2
ขวดพร้อมอุปกรณ์ป้องกันขวดน้ำเกลือแกว่งแบบกล่องทำด้วยยางหล่อฝังอยู่บนเพดาน
สต็อกเกอร์ (อุปกรณ์เสริม) รูปแบบตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

5. คุณสมบัติทางเทคนิค

- 5.1 ระบบเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซลชนิด 4 สูบ 4 จังหวะขับเคลื่อน 2 ล้อระบายความร้อนด้วย
น้ำปริมาตรความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี.หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110
กิโลวัตต์ ระบบน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นแบบCommonrailและมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- 5.2. ระบบส่งกำลัง
- คลัทช์เป็นแบบชนิดแห้งแผ่นเดียวควบคุมการทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก หรือกลไก
 - เกียร์เป็นแบบเกียร์กระปุกประกอบด้วยเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์และเกียร์ถอยหลัง 1 เกียร์
 - ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ เป็นแบบตามมาตรฐานผู้ผลิต
- 5.3 ระบบพวงมาลัยเป็นแบบลูกปืนหมุน หรือแร็คแอนด์พีนี้นช่วยควบคุมขับเคลื่อนทางด้านขวา
พร้อมเพาเวอร์ช่วย

.....ประธานกรรมการ
(นายชุมพล สุทธิ)

.....กรรมการ
(นายศักดิ์พงษ์ ไชยชนะ)

.....กรรมการ
(นายถนัด ทองเบี้ย)

- 5.4 ระบบห้ามล้อแบบไฮโดรลิกแยก 2 วงจรล้อหน้าเป็นแบบคิสเบรกล้อหลังเป็นแบบดรัมเบรกพร้อมหม้อลมช่วยเบรก
- 5.5 ระบบกันสะเทือนล้อหน้าเป็นแบบอิสระปีกนกคอคอยล์สปริงหรือทอร์ชั่นบาร์ล้อหลังเป็นแบบแหนบหรือดีกว่าพร้อมโช้คอัพช่วยทั้ง 4 ล้อหรือแบบอิสระ
- 5.6 ระบบไฟฟ้าใช้แบตเตอรี่ขนาด 12 โวลท์ ไม่น้อยกว่า 65 แอมแปร์ต่อชั่วโมงโคมไฟประจำรถครบถ้วนตามรูปแบบ
- 5.7 ยางล้อเป็นแบบเรเดียขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิต
- 5.8 ความยาวช่วงล้อระหว่างล้อหน้าและล้อหลังไม่ต่ำกว่า 3,000 มิลลิเมตร

6. อุปกรณ์และเครื่องมือประจำรถ

- 6.1 ผ้ายางปูพื้นห้อง คนขับ จำนวน 2 แผ่น
- 6.2 ยางอะไหล่พร้อมกะทะล้อ จำนวน 1 ชุด
- 6.3 แม่แรงยกรถพร้อมค้ำ จำนวน 1 ชุด
- 6.4 ประแจถอดล้อ จำนวน 1 อัน
- 6.5 เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต จำนวน 1 ชุด
- 6.6 เช็มขัดนิรภัยประจำที่นั่งตอนหน้าจำนวน 2 ชุด
- 6.7 หนังสือคู่มือประจำรถ จำนวน 1 เล่ม
- 6.8 น้ำยาดับเพลิงประจำรถ จำนวน 1 กระป๋อง
- 6.9 การบำรุงรักษาภายในระยะทางหรือเวลาที่บริษัทผู้แทนจำหน่ายกำหนด
- 6.10 อุปกรณ์ที่ติดมากับรถให้เป็นไปตามรูปแบบ (Catalog) ที่แนบท้ายสัญญา

7. เงื่อนไขเฉพาะ

7.1 การรับประกันคุณภาพ


- 7.1.1 เฉพาะตัวรถยนต์ต้องรับประกันคุณภาพตัวรถยนต์ในระยะเวลา 3 ปีหรือระยะทาง 100,000 กิโลเมตรแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อนโดยต้องมอบหลักฐานในการรับประกันวันส่งมอบรถหากมีการชำรุดเสียหายในกรณีใช้งานตามปกติผู้ขายจะต้องรับผิดชอบซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ให้โดยไม่คิดมูลค่าเว้นแต่กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ

.....ประธานกรรมการ
(นายชุมพล สุทธิ)


.....กรรมการ
(นายศักดิ์พงษ์ ไชยชนะ)

.....กรรมการ
(นายถนัด ทองเบี้ย)

- 7.2 การนำรถยนต์เข้าบำรุงรักษาภายในระยะเวลาหรือระยะทางที่กำหนดสามารถนำรถยนต์เข้ารับบริการที่ตัวแทนจำหน่ายได้ทั่วประเทศ
- 7.3 ผู้เสนอราคาต้องยื่นรูปแบบการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆในตัวรถยนต์พยาบาล โดยในแบบ Drawing แสดงตำแหน่งที่ติดตั้งอย่างชัดเจน


.....ประธานกรรมการ
(นายชุมพล สุทธิ)

.....กรรมการ
(นายศักดิ์พงษ์ ไชยชนะ)


.....กรรมการ
(นายณัฏ ทองเปีย)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ
ได้แก่ รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบะบอกลูบไม่ต่ำกว่า
๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์
จำนวน ๑ คัน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๕ มิ.ย. ๒๕๕๙

เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ใช้ราคาตามที่คณะกรรมการกำหนด โดยใช้ ราคาจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
สำนักงานงบประมาณ สิงหาคม ๒๕๕๙

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

- | | | |
|-------------------------|-------------------------------|---------------|
| ๑. นายชุมพล สุทธิ | สาธารณสุขอำเภอนาหมื่น | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายถนัด ทองเบี้ย | พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ | กรรมการ |
| ๓. นายศักดิ์พงษ์ ไชยชนะ | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ | กรรมการ |

(นายชุมพล สุทธิ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายถนัด ทองเบี้ย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศักดิ์พงษ์ ไชยชนะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง